

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sayı : 19207542-934.01/


07/09/2020

Konu : Teklife Davet

Sayın :ogu

Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem ATEŞ ÖLÇER ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 14.09.2020 tarihine kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.


Ersin ÇALIŞKAN
Şube Müdürü

Satınalma tarih ve saati : 14.09.2020 - 10:00

Teklif Başvuru Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Meşelik Kampüsü/ESKİŞEHİR

Teslimat Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Depoları Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	ÇOK FONSIYONLU ATEŞ ÖLÇER	10	ADET		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

NOTLAR:

- 1) Teklif mektupları üzerinde sipariş sonrasında ürünlerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
- 2) Teklif zarfları elden, posta veya faks yolu ile tarafımıza gönderilecektir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.
- 6) Teklifler KALEM bazında değerlendirilecektir.
- 7) İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAK SURETLE BELİRTECEKLERDİR.

Meşelik Kampüsü ESKİŞEHİR

Telefon: (222) 2393750-5505-5506

Faks: (222)2290056

e-posta: esogusatinalma@ogu.edu.tr

Elektronik ağ: www.ogu.edu.tr

ÇOK FONSIYONLU ATEŞ ÖLÇER ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ateş ölçer $\pm 0,2$ derece hassasiyetinde olacaktır.
 - Yüksek ateş durumunda otomatik sesli ve ışıklı alarm vermelidir.
 - Normal ateş durumunda yeşil led ve dit sesli uyarı vermelidir.
 - 0,2 saniye aralığında ölçüm yapmalıdır.
 - 0-50 C infrared ölçüm aralığı olmalıdır.
 - Usb şarj girişi olmalıdır.
 - Vida veya çift taraflı bant ile monte edilebilmelidir.
 - En az 7 gün pil ömrü olmalıdır.
 - Li-Ion şarj edilebilir pil sayesinde çok uzun süre çalışma özelliğine sahip olmalıdır.
-