

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı


Sayı : 19207542-934.01/

25/07/2019

Konu : Teklife Davet

Sayın :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (4) kalem LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 31.07/2019 tarihine kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.


Ersin ÇALIŞKAN
Satınalma Şube Müdürü

Satınalma tarih ve saati : 31.07/2019 - 10:00
Teklif Başvuru Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Meşelik Kampüsü/ESKİŞEHİR
Teslimat Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Depoları Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	HEMOGLABİN DİLÜSYON PİPETİ (20 µL)	200	ADET		
2	ERİTROSİT DİLÜSYON PİPETİ (101 µL)	100	ADET		
3	LÖKOSİT DİLÜSYON PİPETİ (11 µL)	100	ADET		
4	TANSİYON ALETİ TAKIMI (STETESKOP+SFİNGOMANOMETRE)	10	ADET		

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
NOTLAR:

- 1) Teklif mektupları üzerinde sipariş sonrasında ürünlerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
- 2) Teklif zarfları elden, posta veya faks yolu ile tarafımıza gönderilecektir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 6) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.
- 7) Teklifler KALEM bazında değerlendirilecektir.
- 8) ÜRÜN TESLİMATLARI ELDEN DEPOYA YAPILACAKTIR. KARGO İLE YAPILAN TESLİMATLAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.
- 9) Montaj Dahil çıkılmış olan mal alımlarında ürün depoya teslim edilip muayene ve kabul işlemleri tamamlandıktan sonra işçiliği gerçekleştirilecektir.
- 10) İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAK SURETLE BELİRTECEKLERDİR.

Meşelik Kampüsü ESKİŞEHİR
Telefon: (222) 2393750-5505-5506 Faks: (222)2290056 e-posta: esogusatinalma@ogu.edu.tr Elektronik ağ: www.ogu.edu.tr

ERİTROSİT SULANDIRMA PİPETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Mikroskopta eritrosit sayımı için kanı sulandırmada kullanılacaktır.
2. Sulandırma haznesi olacak ve haznede kırmızı boncuk bulunduracaktır.
3. Üzeri 0,5µL, 1 µL ve 101 µL olarak işaretlenmiş ve cam malzemeden yapılmış olacaktır.
4. Sulandırmada kullanılmak üzere plastik emme hortumları ile beraber verilecektir.

LÖKOSİT SULANDIRMA PİPETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mikroskopta lökosit ölçümü için kanı sulandırmada kullanılacaktır.
2. Sulandırma haznesi olacak ve haznede beyaz boncuk bulunduracaktır.
3. Üzeri 1 µL ve 11 µL olarak işaretlenmiş cam malzemeden yapılmış olacaktır.
4. Sulandırmada kullanılmak üzere plastik emme hortumları ile beraber verilecektir.

HEMOGLOBİN PİPETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sahli hemometresi ile hemoglobin ölçümünde kanı sulandırmada kullanılacaktır.
2. Üzeri 20 µL olarak işaretlenmiş cam malzemeden yapılmış olacaktır.
3. Sulandırmada kullanılmak üzere plastik emme hortumları ile beraber verilecektir.



Prof. Dr. Kubilay Uzuner

Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı

TANSİYON ALETİ YETİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tansiyon aleti perfect Anekroid tipinde olmalı, manometre haznesi ve puar kaşığı NiCr kaplama olmalı
2. Manometre skalası üzerindeki rakamlar okunabilir şekilde olmalı, manometre düşük basınçta çalışmayı sağlamak için birinci boru puardan aldığı havayı tazyik kesesine verecek ikinci boru da tazyik kesesindeki bu havayı manometreye taşıyacak tertibatta olacak şekilde çift boru sistemli ve çift girişli olmalı
3. Manometre ve Puar bir arada bulunmalı
4. Manometrenin genişliği minimum 47 mm maksimum 50 mm olmalı
5. Manometre kadranı gayet hassas bir şekilde sifıra ayarlanmış olmalı, kadran 0-300mmHg basınç göstergeli olmalı
6. Manometre ibresi puar tarafından hava verilirken oynamayacak bir sistemde olmalı
7. Manşet çok dayanıklı kumaş ve iplikten yapılmış olmalı, kancalı ve manşet kancasında 2 (iki) aşamalı kanca olmalı
8. Tazyik kesesi ve borular orijinal vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı ve hava verilmesi anında derhal şişmeli ve gevşememeli
9. Borular çok iyi cinsten katlanmaya dayanıklı vulkanize kauçuktan olmalı
10. Puar tazyik kesesini kolayca şişirecek şekilde olmalı, puarın dip kısmında filtresi bulunmalı
11. Puar kauçuktan imal edilmiş olmalı
12. Alet orijinal karton kutusu içinde iyi cins suni deriden çanta üzerinde aletin tipini gösteren yazısı bulmalı ve çanta sağlam bir şekilde dikilmiş olmalı
13. Manşetin bezinin ölçüleri 13($\pm$ 0,5) cm x 47($\pm$ 0,5)cm olmalı



Prof. Dr. Kubilay UZUNER

Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı