

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletmesi
Tıp Fakültesi Birimi

TEKLİF NO: SAT.2020

Tarih: 25.07.2011

Konu :TEKLİF VERMEYE DAVET

SON TEKLİF VERME TARİHİ: 29.07.2011 / saat: 13.30

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan aşağıda yazılı (5) kalem malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Komisyon Başkanlığına göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

(yukarıda belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler değerlendirilmeyecektir)

Hayri ÇAĞINAR
Satınalma Şefi

NOT:TESLİM EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN UBB KODLARI SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMAMIŞ İSE DÜZENLENEN FATURA İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

Sıra	Malz. Kodu	Malzemenin / Hizmetin Cinsi	Miktar	Birim
1	42.1925	OF (OKSİDATİF FERMENTATİF) MEDIUM 500 GR	1,00	ADET
2	24.017	İMMERSİYON YAĞI 500 ML	2,50	ADET
3	42.1943	ONPG DİSK	50,00	DİSK
4	42.1128	PYR DRY TEST	500,00	TEST
5	42.1770	RSV A/B İNFLUENZA A/B	96,00	TEST

- 1- YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.
- 2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR.
- 3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 210 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.
- 4- VERİLECEK TEKLİFLER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI ADINA DÜZENLENECEKTİR.
- 5- İNTERNET ADRESİMİZ: www.ogu.edu.tr ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.
- 6- TEKLİFLER KİSMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
- 7- ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR. ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.
- 8- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. TEKLİF AŞAMASINDA NUMUNESİNİ TESLİM EDEMİYEN FİRMALAR İDARENİN ONAYINA MÜTAKİBEN 72 SAAT İÇERİSİNDE NUMUNELERİNİ TESLİM EDECEKTİR. BU SÜRE HARİCİNDE TESLİM EDİLEN DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 9- TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN SUT DE (EK-5/A,5-A1,5/E,5F,5/C)KODU VARSA İSE TEKLİF MEKTUBUNDA YAZILMASI GEREKMEKTEDİR. AKSİ HALDE TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 10- KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ, BAYİ, ALT BAYİ) FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECİKTİR.

NOT : FİRMALAR TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT ONAYLANMIŞ ÜRÜN KODUNU (BARKOD) BELİRTECEKLERDİR.

ADRES :E.O.G.Ü.Döner Sermaye İşletmesi
Satınalma Servisi

Tel : 0-222-239 29 79 (Dahili=1062)
Sipariş ve Fatura İşlemleri (Dahili=1048)

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İstek No :
İstek Tarihi :

1 KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sayfa No : 1
Yayın Tarihi : 01.02.2011

MALZEME KODU : 24.000 / MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI SARF MALZEMELERİ
GRUP I: BESİYERİ VE KATKILARI

A) TOZ BESİYERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MacConkey agar, Enterococcosel agar, Haemophilus test medium, OF (Oksidatif Fermentatif) Medium, Drosophila Medium, Schneider Insect Medium, Grace's Insect Culture Medium.

- a) Kuru, toz şeklinde olmalıdır.
- b) Etiketinde içerik ve kullanım talimatı olmalıdır.
- c) Teklif edilen besiyerinin formülasyonunu, ürün kodunu, 1 litre besiyeri için ne kadar toz madde tartılması gerektiğini, kalite kontrol mikroorganizmalarını belirtir katalog veya fotokopisi teklifle birlikte sunulmalıdır.
- d) İçerindeki kimyasal maddeler ve miktarları standartlara uygun olmalıdır
- e) Son kullanma tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalı, oda sıcaklığında saklanabilmeli ve kapalı ambalajda ve ambalajı açılmamış olarak teslim edilmelidir.
- f) Teklif ile birlikte üretici firmanın adı ve ürün kodu mutlaka belirtilmelidir.
- g) Daha önceden Laboratuvarımızda denenmemiş ürünlerin ihale öncesi demonstrasyonu yapılarak kalitesi ve güvenilirliği ispatlanmalıdır.
- h) Besiyerlerine ait MSDS (material safety data sheets) ve analiz sertifikaları besiyeri tesliminde sunulmalıdır.
- i) Teklif edilen her bir besiyeri için ayrı ayrı belirtmek kaydıyla FDA ve/veya CE uygunluk belgesi teklif ile birlikte sunulmalıdır.

Aşağıdaki Gözden Geçirildi:
Tarih: 01.02.2011
Serap EMOL KARATEPE
56

B) HAZIR BESİYERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Koyun kanlı agar^d, Hektoen enterik agar^e.

- a) Besiyeri 90 mm'lik plastik petrilere dökülmüş olarak 5 ila 20 petri'lik ambalajlar halinde temin edilmelidir.
- b) Besiyerinin formülasyonu teklifle birlikte belirtilmelidir.
- c) Besiyerleri dehidratasyonu ve transport sırasındaki kontaminasyonu önleyecek şekilde ambalajlanmış olmalıdır.
- d) Besiyeri %5 oranında koyun kanı içermelidir.
- e) Dışkı örneklerinden Salmonella ve Shigella türlerinin seçici olarak izolasyonuna yönelik olmalıdır.
- f) Ambalajında besiyerlerinin üretim tarihi, son kullanım tarihi, lot numarası ve ilgili standart suşlarla test edildiğini gösterir kalite sertifikası olmalıdır.
- g) Üretici firma hazır besiyerinde kullandığı maddelerin markalarını ve miktarlarını teklif mektubunda yazılı olarak bildirmelidir.
- h) Hazır besiyerlerinin transportu soğuk zincirle sağlanmalıdır.
- i) Teslimde kontamine olmuş olanlar veya (+4 °C'de stoklanmasına rağmen) normal kullanım süresi içinde

HAZIRLAYAN

Prof. Dr. Gül DURMAZ
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
İmzası

Prof. Dr. Cengiz ÇETİN
Başhekim
İmza

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Necmi ATA
Tıp Fakültesi Dekanı
İmzası

İstek No :
İstek Tarihi :

1 KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sayfa No : 5
Yayın Tarihi : 01.02.2011

i) Teklif veren firma, ihale öncesi sistemi tanıtıcı demonstrasyon yapmalı ve tüm bilgilerin yer aldığı tanıtıcı broşürü teslim etmelidir.

GRUP III: KİMYASAL MADDE - BOYA - REAGEN - ANTİSERUM

A) KİMYASAL MADDE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İmmersiyon yağı, formaldehit, polivinil alkol, aseton, Glacial Acetik Acid, Potasium İodure, Sodyum Bikarbonat (Na HCO₃), Sputolysin liyofilize, Fetal Calf Serum (FCS), Biotin, Rice Starch, Adenin, Potasium Di Kromat, L. Amino Acid's, Calcium Chloride (CaCl₂ 2H₂O), Liver Extract,

- a) Kapalı ambalajda olmalı ve üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
- b) Son kullanma tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
- c) Ürünün transportu uygun sıcaklıkta gerçekleştirilmelidir.
- d) Teklif ile birlikte ürünün açık adı, içeriği, katalog numarası/kodu ve üretici firmanın adı mutlaka belirtilmelidir.
- e) Sıvı kimyasallar, sızdırmayacak şekilde ambalajlanmış olmalıdır.
- f) Teklif edilen ürüne ait genel bilgileri, fiziksel-kimyasal şeklini özellikleri, ambalaj şeklini ve saklanma koşullarını belirten ayrıntılı bilgi içeren katalog veya fotokopisi teklifle birlikte sunulmalıdır.

B) BOYA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İodine, Safranin O, Lugol's İodine Aqueous, Kinyon's Carbol Fuksin, Calcoflour White Reagent, Thiazonyl Blue.

- a) Kapalı ambalajda olmalı ve üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
- b) Son kullanma tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
- c) Ürünün transportu uygun sıcaklıkta gerçekleştirilmelidir.
- d) Teklif ile birlikte ürünün açık adı, içeriği, katalog numarası/kodu ve üretici firmanın adı mutlaka belirtilmelidir.
- e) Teklif edilen ürüne ait genel bilgileri, fiziksel-kimyasal özellikleri, ambalaj şeklini ve saklanma koşullarını belirten ayrıntılı bilgi içeren katalog veya fotokopisi teklifle birlikte sunulmalıdır.

C) REAGENLER TEKNİK ÖZELLİKLERİ


Özel Atmosfer Sistemleri

Anaerobik atmosfer üretim sistemi.

- a) Hava aktiviteli olup su ilavesi ve katalizör kullanımı gerektirmeden anaerobik ortam sağlamalıdır.
- b) Herbir saşe (sachet) 3.5 litrelik jarda optimum atmosferi sağlamalıdır.
- c) Son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.


Aslı Hareke Gözetim Şirketi
İzmir Şubesi
Serap Kaya
0232 444 1111

HAZIRLAYAN

Prof. Dr. Gül DURMAZ
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
İmzası 

Prof. Dr. Cengiz ÇETİN
Başhekim
İmza

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Necmi ATA
Tıp Fakültesi Dekanı
İmzası 

İstek No :
İstek Tarihi :

1 KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sayfa No : 6
Yayın Tarihi : 01.02.2011

- d) Kit, anaerob ortam indikatörü içermeli veya test sayısı kadar temin edilmelidir
e) Teklif edilen ürünün FDA ve/veya CE uygunluk belgesi olmalı ve bu belge teklif ile birlikte sunulmalıdır.
f) Teklif ile birlikte ürünle ilgili tüm bilgileri içeren tanıtıcı broşür temin edilmelidir.

Diagnostik Reagenler/Diskler

ONPG Disk, Butyrate Esterase (Catarralis Test) Disk, LAP Disk (Reageni ile Birlikte), ALA Disk, Urea - PDA Disk, Indoxyl Acetate Disk, Optokin Diski, Nitrocefin Disk.

- a) Kullanımda cihaza gereksinim olmamalıdır.
b) Herbir testin tek tek çalışma olanağı olmalıdır.
c) Disklerin son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
d) Disklerin taşınmasında soğuk zincire uyulmalıdır.
e) Teklif edilen ürünün FDA ve/veya CE uygunluk belgesi olmalı ve bu belge teklif ile birlikte sunulmalıdır.
f) Teklif ile birlikte ürünle ilgili tüm bilgileri içeren tanıtıcı broşür temin edilmelidir.

PYR dry test.

- a) Grup A streptokok ve enterokokların PYRase aktivitelerinin kolorimetrik olarak hızlı saptanmasına yönelik olmalıdır.
b) Herbir kit yeterli miktarda test kartı, kolorimetrik ve tampon solüsyonu içermelidir.
c) Taşınması soğuk zincirle gerçekleştirilmelidir.
d) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
e) Teklif ile birlikte ürünle ilgili tüm bilgileri içeren tanıtıcı broşür temin edilmelidir.

GRUP IV: ANTIMİKROBİKLER

A) ANTİBİYOTİK DISKİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Oksasilin(1 µg), Penisilin G(10 U), Ampisilin(10 µg), Ampisilin/Sulbaktam (20 µg), Amoksisilin/Klavulonat (30 µg), Mezlosilin (75 µg), Piperasilin (100 µg), Aztreonam(30 µg), Piperasilin/Tazobaktam(110 µg), İmipenem(10 µg), Sefazolin(30 µg), Sefalotin(30 µg), Sefuroksim (30 µg), Sefoksitin(30 µg), Seftazidim(30 µg), Sefpirom(30 µg), Sefpirom/klavulonat (30 g/7,5 µg), sefpodoksım (10 µg), Sefpodoksım/Klavulonat (10µg/1 µg), Vankomisin (10 µg ve 5 µg), Teikoplanin(30 µg), Sefepim(30 µg), Eritromisin(15 µg), Klindamisin(2 µg), Tetrasiklin(30 µg), Trimetoprim/Sulfametaksazol(25 µg), Ofloksasin(5 µg), Siprofloksasin(5 µg), Levofloksasin(5 µg), Nitrofurantoin(300 µg), Gentamisin (10 µg ve 120 µg), Streptomisin (300 µg), Amikasin(30 µg), Netilmisin(30 µg), Tobramisin(10 µg), Lincomycin, Ertapenem(10 µg), doripenem(10 µg), Linezolid(30 µg), Kinupristin/Dalfopristin(15 µg), Flukonazol(25 µg), Vorikonazol(1 µg), Colistin sulphate (10 µg), Cefpodoxime (10 µg), Cefaclor (30 µg), Fosfomisin (50µg), Nalidixic asit

Aynı İçeriktedir
İdareci
Gözetim Kurulu Başkanı
S. S. T.

HAZIRLAYAN

Prof. Dr. Gül DURMAZ
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
İmzası

Prof. Dr. Cengiz ÇETİN
Başhekim
İmza

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Necmi ATA
Tıp Fakültesi Dekanı
İmzası

İstek No :
İstek Tarihi :

1 KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sayfa No : 15
Yayın Tarihi : 01.02.2011

sorumludur. Herhangi bir arıza oluşması durumunda firma 72 saat içinde cihazı çalışır hale getirmeli veya yeni bir cihaz kurmalıdır. Testlerin çalışmadığı bu süre zarfında ortaya çıkan tüm zararlar ilgili firma tarafından karşılanacaktır. m) İhaleyi kazanan firma real time PCR cihazını/sistemini laboratuvarımıza kurmalıdır. Kurulacak real time PCR sistemi, real time thermal cycler, LCD ekranlı bilgisayar ve sisteme ait yazılım programı ve kullanım klavuzunu içermelidir. Real time PCR cihazı beş yaşını aşmamış olmalıdır. DNA veya RNA'nın amplifikasyonu ve sonrasında florometrik olarak saptanması tek ünite içerisinde gerçekleştirilmelidir. Cihaz amplifikasyon sonrası ampikonun "prob hidrolizi(TaqMan), molecular beacon'lar/scorpion'lar ve hibridizasyon problemleri (florescent resonant energy transfer (FRET)) ile saptanabilmesine uygun olmalıdır. Sistem ile kantitatif PCR haricinde istendiğinde kalitatif PCR ve multiplex PCR yapılabilmelidir.

n) Teklif edilen sistemle birlikte, magnetik ayırma tekniği ile çalışan ve en az 50 örnek kapasitesi olan tam otomatik DNA/RNA izolasyon cihazı kurulmalıdır.

o) Kitle birlikte otomatik DNA/RNA izolasyon kiti (buffer ve lizis tüpleri vb.), kesintisiz güç kaynağı, ısı bloğu, otomatik pipet seti ile tüm testlere yetecek kadar gerekli sarf malzemeleri (filtreli pipet ucu, pudrasız tek kullanımlık eldiven, DNA'ase içermeyen eppendorf tüpü vb.) sağlanmalıdır.

p) Sistemi kuran firma, sistemle çalışacak laboratuvar personelimize gerekli ve yeterli eğitimi vermelidir.

q) Firma, son iki yılda sistemlerinin kullanıldığı ulusal araştırma ve eğitim kurumlarının referans listesini teklif mektubunda sunmalıdır.

r) Teklif edilen sistemde her bir cihaza ait detaylı bilgi (ürünün adı, markası, kodu, üretim yılı, önceden kullanılıp kullanılmadığı ve teknik özellikleri) teklif mektubunda ayrı ayrı belirtilmelidir.

s) Teklif veren firma, ihale öncesi laboratuvarımızda veya çalışılan bir merkezde sistemi tanıtıcı demonstrasyon yapmalıdır. Ayrıca sistem ve kitlelerle ilgili tüm bilgilerin yer aldığı tanıtıcı broşürü teslim etmelidir. Deneme çalışması yapmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışında bırakılacaktır.

B) GRUP II PCR KİTLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tbc PCR, BK virus PCR, RSV A/B + influenza A/B PCR. □

a) Testler, gerçek zamanlı (real time) polimeraz zincir reaksiyonu temeline dayanmalıdır.

b) Kantitatif real time PCR uygulandığında PCR reaksiyonu grafiksel ve sayısal olarak bilgisayar ekranında görüntülenebilmelidir. Ampikon sayımı son nokta (endpoint) analizi temelli olmamalıdır.

c) Kitler, kullanıma hazır ve orijinal ambalajında olmalıdır. Kitlerin üzerinde üretici firmanın adı, testin ve yöntemin adı, test sayısı, lot numarası, saklama koşulları ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

d) Lotlar arasında geçişlerde sistemde herhangi bir kalibrasyona gerek duyulmamalıdır.

e) Kitlerin son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren en az altı ay olmalıdır. Miadından önce stabilitesini kaybeden kitler yenileri ile değiştirilmelidir.

Asit İdarav...
1 Ocak 2011
Serat...
5 e

HAZIRLAYAN

Prof. Dr. Gül DURMAZ
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
İmzası

Prof. Dr. Cengiz ÇETİN
Başhekim
İmza

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Necmi ATA
Tıp Fakültesi Dekanı
İmzası

İstek No :
İstek Tarihi :

1 KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sayfa No : 16
Yayın Tarihi : 01.02.2011

- f) Kitlerin içinde tüm kitlerin çalışılmasına yetecek kadar PCR master miks (gerekli enzim, primer ve probler), negatif ve internal kontroller bulunmalıdır.
- g) Tüm PCR testleri için istenmiş olan test sayıları hasta sayısı bazında olup kullanılacak kontroller test sayısı dışında tutulacaktır. Testler birarada değerlendirilecek olup, tüm testlere teklif verilmesi esastır. Buna göre toplamda en ekonomik olan kit grubu tercih edilecektir. Testlerin istem sayılarında orantısızlık söz konusu olduğunda testler arasında değişim yapılabilmektedir.
- h) Testler için dış kalite kontrol programı kiti veren firma tarafından karşılanmalıdır.
- i) Tbc kitleri, in vitro diagnostik (IVD) CE belgeli olmalıdır. Bu kitlerin "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası"na kayıtlı olduklarına dair belge teklif mektubunda sunulmalıdır.
- j) İstenen cihazları getirecek firma cihazını Sağlık Bakanlığının yayınladığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin en son yürürlükte olan hükümlerine göre getirecektir. Firmanın ürünü kullanılmaya devam edildiği sürece cihaz hastanemiz ilgili laboratuvarında kalacaktır. Cihazların her türlü periyodik bakım, kalibrasyon, tamirat vb. işlemlerinden tümü ile firma sorumludur. Herhangi bir arıza oluşması durumunda 72 saat içinde firma yeni bir cihaz getirecektir. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği takdirde her aksayan test/işlem vb. nedeni ile oluşan maliyetleri ilgili firma karşılayacaktır.
- k) İhaleyi kazanan firma real time PCR cihazını/sistemini laboratuvarımıza kurmalıdır. Kurulacak real time PCR sistemi, real time thermal cyler, LCD ekranlı bilgisayar ve sisteme ait yazılım programı ve kullanım klavuzunu içermelidir. Real time PCR cihazı beş yaşını aşmamış olmalıdır. DNA veya RNA'nın amplifikasyonu ve sonrasında florometrik olarak saptanması tek ünite içerisinde gerçekleştirilmelidir. Cihaz amplifikasyon sonrası amplikonun "prob hidrolizi(TaqMan), molecular beacon'lar/scorpion'lar ve hibridizasyon problemleri (florescent resonant energy transfer(FRET)) ile saptanabilmesine uygun olmalıdır. Sistem ile kantitatif PCR haricinde istendiğinde kalitatif PCR ve multiplex PCR yapılabilmelidir.
- l) Teklif edilen sistemle birlikte, magnetik ayırma tekniği ile çalışan ve en az 32 örnek kapasitesi olan tam otomatik DNA/RNA izolasyon cihazı kurulmalıdır.
- m) Kitle birlikte otomatik DNA/RNA izolasyon kiti (buffer ve lizis tüpleri vb.), kesintisiz güç kaynağı, ısı bloğu, otomatik pipet seti ile tüm testlere yetecek kadar gerekli sarf malzemeleri (filtreli pipet ucu, pudrasız tek kullanımlık eldiven, DNA'ase içermeyen eppendorf tüpü vb.) sağlanmalıdır.
- n) Sistemi kuran firma, sistemle çalışacak laboratuvar personelimize gerekli ve yeterli eğitimi vermelidir.
- o) Firma, son iki yılda sistemlerinin kullanıldığı ulusal araştırma ve eğitim kurumlarının referans listesini teklif mektubunda sunmalıdır.
- p) Teklif edilen sistemde her bir cihaza ait detaylı bilgi (ürünün adı, markası, kodu, üretim yılı, önceden kullanılıp kullanılmadığı ve teknik özellikleri) teklif mektubunda ayrı ayrı belirtilmelidir.
- q) Teklif veren firma, ihale öncesi laboratuvarımızda veya çalışılan bir merkezde sistemi tanıtıcı demonstrasyon yapmalıdır. Ayrıca sistem ve kitlerle ilgili tüm bilgilerin yer aldığı tanıtıcı broşürü teslim etmelidir. Deneme çalışması

HAZIRLAYAN

Prof. Dr. Gül DURMAZ
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
İmzası

Prof. Dr. Cengiz ÇETİN
Başhekim
İmza

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Necmi ATA
Tıp Fakültesi Dekanı
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İstek No :
İstek Tarihi :

1 KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sayfa No : 17
Yayın Tarihi : 01.02.2011

yapmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışında bırakılacaktır.

Açılış
İstek No : 11/11/11
Serat ERGİN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

HAZIRLAYAN

Prof. Dr. Gül DURMAZ
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
İmzası

Prof. Dr. Cengiz ÇETİN
Başhekim
İmza

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Necmi ATA
Tıp Fakültesi Dekanı
İmzası

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletmesi
Tıp Fakültesi Birimi

TEKLİF NO: SAT.2019

Tarih: 25.07.2011

Konu :TEKLİF VERMEYE DAVET
 SON TEKLİF VERME TARİHİ: 29.07.2011 / saat: 13.30

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan aşağıda yazılı (2) kalem malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Komisyon Başkanlığına göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

(yukarıda belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler değerlendirilmeyecektir)

Hayri ÇARPINAR
 Satınalma Şefi

NOT:TESLİM EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN UBB KODLARI SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMAMIŞ İSE DÜZENLENEN FATURA İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

Sıra	Malz. Kodu	Malzemenin / Hizmetin Cinsi	Miktar	Birim
1	42.1216	SAMPLİNG SİTE COUPLER,BAXTER/FENVALL 4C2405	200,00	ADET
2	42.413	METHANOL, MERCK - 1.06009 (2500 ML'LİK))	5,00	ADET

- 1- YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.
- 2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR.
- 3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 210 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.
- 4- VERİLECEK TEKLİFLER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI ADINA DÜZENLENECEKTİR.
- 5- İNTERNET ADRESİMİZ: WWW.ogu.edu.tr ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.
- 6- TEKLİFLER KİSMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
- 7- ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.
- 8- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. TEKLİF AŞAMASINDA NUMUNESİNİ TESLİM EDEMİYEN FİRMALAR İDARENİN ONAYINA MÜTAKİBEN 72 SAAT İÇERİSİNDE NUMUNELERİNİ TESLİM EDECEKTİR. BU SÜRE HARİCİNDE TESLİM EDİLEN DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 9- TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN SUT DE (EK-5/A,5-A1,5/E,5F,5/C)KODU VARSA İSE TEKLİF MEKTUBUNDA YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.AKSİ HALDE TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 10-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA(TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECİKTİR.

NOT : FİRMALAR TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT ONAYLANMIŞ ÜRÜN KODUNU (BARKOD) BELİRTECEKLERDİR.

ADRES :E.O.G.Ü.Döner Sermaye İşletmesi
 Satınalma Servisi
 Meşelik Kampüsü 26480 ESKİŞEHİR

Tel : 0-222-239 29 79 (Dahili=1062)
 Sipariş ve Fatura İşlemleri(Dahili=1048)
 Fax : 0-222-239 24 46

İstek No :
İstek Tarihi :

1 KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sayfa No : 18
Yayın Tarihi : 28.02.2011

karşılacaktır.

ASLI GİBİDİR.
Serap ERÖL KARATEPE
Ş E F

METHANOL TEKNİK ŞARTNAMESİDİR:

1. Yukarıda kimyasal sarflar, laboratuvarımızda yapılan bazı testler için kullanılacak kimyasallar olup, oluşturduğumuz test metotlarında kullanılacaktır. Bu nedenle teklif verecek firmalar ihaleden önce bahse konu sarfların kullanılabilirliğini, kimyasal özelliğini test ettirmek amacıyla ilgili laboratuvarımıza örnek veya üretici katalogu vermelidir.
2. İhale öncesi örnek veya katalog vermeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Bahse konu sarflar yapacağımız testler sonunda kullanıma uygun olmayan kimyasal içeriğe sahip olduğu anlaşıldığında kabul edilmeyecektir.
4. İlgili kimyasalların ambalaj biçimi istekteki ölçülere ve ekonomik kullanım özelliklerine uygun olmalıdır.
5. İlgili sarflar için teklif veren firmalar sağlıklı değerlendirme yapılabilmesi için mutlaka marka ve uluslararası kod nolarını tekliflerine yazmalarınıdır. Bu nedenle ürün tanıttıcı marka ve kodu belirtmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

1. Cryocyte Freezing Container 250 ml.lik ve Sampling Site Coupler Sarfları Uluslar arası Üretim Kod No ve özelliği istek listemizdeki gibi olacaktır. İlgili malzemelerin alternatiflerinin de bu hususa uygun olması gerekmektedir.
2. Adı geçen sarflara teklif veren firmalar ihale öncesinde denenmek amacı ile örnek göndermelidirler. Örnek göndermeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Sampling Site Coupler vida kapaklı ve enjektör girişi olmalıdır.

HAZIRLAYAN

Doç. Dr. Olga Meltem AKAY
Kan Merkezi-Hematoloji B.D. Başkanı
İmzası

Prof. Dr. Cengiz ÇETİN
Başhekim
İmzası

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Necmi ATA
Tıp Fakültesi Dekanı
İmzası

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletmesi
Tıp Fakültesi Birimi

TEKLİF NO: SAT.2018

Tarih: 25.07.2011

Konu :TEKLİF VERMEYE DAVET
SON TEKLİF VERME TARİHİ: 29.07.2011 / saat: 13.30

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan aşağıda yazılı (10) kalem malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Komisyon Başkanlığına göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

(yukarıda belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler değerlendirilmeyecektir)

Hayri ÇAĞRINAR
Satınalma Şefi

NOT:TESLİM EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN UBB KODLARI SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMAMIŞ İSE DÜZENLENEN FATURA İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

Malzemeler Ek Listededir.

- 1- YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.
- 2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR.
- 3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 210 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.
- 4- VERİLECEK TEKLİFLER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI ADINA DÜZENLENECEKTİR.
- 5- İNTERNET ADRESİMİZ: WWW.ogu.edu.tr ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.
- 6- TEKLİFLER KISMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
- 7- ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.
- 8- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. TEKLİF AŞAMASINDA NUMUNESİNİ TESLİM EDEMİYEN FİRMALAR İDARENİN ONAYINA MÜTAKİBEN 72 SAAT İÇERİSİNDE NUMUNELERİNİ TESLİM EDECEKTİR. BU SÜRE HARİCİNDE TESLİM EDİLEN DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 9- TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN SUT DE (EK-5/A,5-A1,5/E,5F,5/C)KODU VARSA İSE TEKLİF MEKTUBUNDA YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.AKSİ HALDE TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 10-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ, BAYİ, ALT BAYİ) FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECİKTİR.

Teklif No : 2018

Sıra	Kodu	Malzemenin / Hizmetin Cinsi	Miktar	Brm.	Fiyatı	Tutarı
1	29.009	İMMERSİYON YAĞI 100 ML	4,00	ADET		
2	34.045	10-15 ML LİK OOSİT ASPIRASYON TÜPÜ	1.000,00	ADET		
3	34.062A1	GRAİDENT SEMEN AYIRMA KİTİ LOWER	500,00	ML		
4	34.062A2	GRAİDENT SEMEN AYIRMA KİTİ UPPER	500,00	ML		
5	34.062A3	GRAİDENT SEMEN AYIRMA KİTİ WASHİNG	1.500,00	ML		
6	34.068	MİLİPORE 0,22 MİKRON FİLTRE	100,00	ADET		
7	36.1060	9253.0500 PAPANICOLAOUS'S SOLUTION 1A HARRIS HEMOTOXYLİN SOLUTION	2.000,00	ML		
8	36.1061	6888.0500 PAPANICOLAOU'S SOLUTION 2A ORANGE G SOLUTION	2.000,00	ML		
9	36.1062	9272.0500 PAPANICOLAOU'S SOLUTION 3B POLYCHROMATIC SOLUTION EA 50	2.000,00	ML		
10	37.1123	DİSPOSABLE HİSTERESKOPİ TÜP SETİ	100,00	adet		

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İstek No :
İstek Tarihi :

1 KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sayfa No : 1
Yayın Tarihi : 25.01.2011

MALZEME KODU : 29.009 / İMMERSİYON YAĞI 100 ML

- 1- Kokusuz, saydam ve akıcı olmalıdır.
- 2- Oda ısısında saklanabilir olmalıdır.
- 3- 100 ml'lik orijinal ambalajında olmalıdır.
- 4- İdari şartnamede belirtilen süre içerisinde ürün özelliklerini belirten data sheet ve denenmek üzere numune teslim edilmelidir.
5. Data sheet ve numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Teklif edilen ürün laboratuvarımız koşullarında denenmiş ve optimum sonuçlar alınmış olmalıdır.
7. Verilen malzemenin içeriklerinin teklif mektuplarında bildirilmesi gerekmektedir.
8. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
9. Teklif edilen ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
10. Yeteri kadar numune teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
11. Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, sterilizasyon tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYAN

Prof. Dr. Hikmet HASSA
Üreme Sağlığı Merkezi Başkanı
İmzası
Prof.Dr.Cengiz ÇETİN
Başhekim
İmzası

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Necmi ATA
Tıp Fakültesi Dekanı
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi
ESKİŞEHİR

İstek No : * İstek Tarihi : 17.01.2011	1 KALEM MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ	Sayfa No : 1 Yayın Tarihi : 25.01.2011
---	--	---

MALZEME KODU : 34.045 / 10-15 ML LİK OOSİT ASPİRASYON TÜPÜ

- 1-Çapı oosit aspirasyon setleri silikon tapasına uygun olmalıdır. Yaklaşık 10-15 ml ve 16.8 mm çapında ve şeffaf olmalıdır.
- 2-Ağız özel kapağıyla kapatılmış, kolay açılıp kapanabilen özellikte olmalıdır.
- 3-İnsan oosit toplama işleminde kullanıma uygun olmalıdır. Embriyo toksik olmamalıdır. Toksikite etkisi göstermediğine dair fare embriyo ve LAL testi yapılmış olmalıdır.
- 4-Polistrenden imal edilmiş olmalıdır.
- 5-Ürün Uluslararası kalite standartlarından en az birine sahip olmalıdır.(ISO-TUV vb)
- 6-Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
- 7-Teklif edilen ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
- 8-Yeteri kadar numune teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler denenecektir.
- 9-Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, sterilizasyon tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.
- 10-Tek kullanımlık ve steril paketlerde olmalıdır.

HAZIRLAYAN Prof. Dr. Hikmet HASSA Üreme Sağlığı Merkezi Başkanı İmzası Prof.Dr.Cengiz ÇETİN Başhekim İmzası	ONAYLAYAN Prof. Dr. Necmi ATA Tıp Fakültesi Dekanı İmzası
--	---

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İstek No :
İstek Tarihi :

1 KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sayfa No : 1
Yayın Tarihi : 25.01.2011

MALZEME KODU : 34.062A3 / GRAİDENT SEMEN AYIRMA KİTİ WASHİNG

1. Dansite gradient özelliğinde olmalıdır.
2. Alt faz(%90), üst faz(%47) ve sperm yıkama solüsyonu olmak üzere 3 solüsyon içermelidir.
3. Kitin bileşenleri semendeki motil spermi etkili şekilde ayırmalıdır.
4. Hazırlama sonucunda semen içinde bulunan immotil veya anormal sperm, akyuvarlar ve diğer tüm hücresel artıklar ayrılabilenlidir.
5. Non-toksik olmalıdır.
6. pH sı 7.4 - 7.6 olmalıdır.
7. Sperm yıkama solüsyonu; içinde HSA, EBSS/HTF bulunan modifiye edilmiş Hapes tamponu ile tamponlanmış olmalıdır.
8. 12 ml lik flakonlar içinde olmalıdır.
9. +2 - +8 °C de muhafaza edilmeli, +2 - +8 °C de taşınması sağlanmalıdır.
10. Teslim takvimi hazırlanacaktır.
11. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen malzeme aynı olmalıdır.
12. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
13. Teklif edilen ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
14. Yeteri kadar numune teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
15. Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, sterilizasyon tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYAN

Prof. Dr. Hikmet HASSA
Üreme Sağlığı Merkezi Başkanı
İmzası
Prof. Dr. Cengiz ÇETİN
Başhekim
İmzası

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Necmi ATA
Tıp Fakültesi Dekanı
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İstek No :
İstek Tarihi :

1 KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sayfa No : 1
Yayın Tarihi : 25.01.2011

MALZEME KODU : 34.062A2 / GRAİDENT SEMEN AYIRMA KİTİ UPPER

1. Dansite gradient özelliğinde olmalıdır.
2. Alt faz(%90), üst faz(%47) ve sperm yıkama solüsyonu olmak üzere 3 solüsyon içermelidir.
3. Kitin bileşenleri semendeki motil spermi etkili şekilde ayırmalıdır.
4. Hazırlama sonucunda semen içinde bulunan immotil veya anormal spermiler, akyuvarlar ve diğer tüm hücresel artıklar ayrılabilmelidir.
5. Non-toksik olmalıdır.
6. pH sı 7.4 - 7.6 olmalıdır.
7. Sperm yıkama solüsyonu; içinde HSA, EBSS/HTF bulunan modifiye edilmiş Hapes tamponu ile tamponlanmış olmalıdır.
8. 6 ml lik flakonlar içinde olmalıdır.
9. +2 - +8 °C de muhafaza edilmeli, +2 - +8 °C de taşınması sağlanmalıdır.
10. Teslim takvimi hazırlanacaktır.
11. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
12. Teklif edilen ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
13. Yeteri kadar numune teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
14. Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, sterilizasyon tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYAN

Prof. Dr. Hikmet HASSA
Üreme Sağlığı Merkezi Başkanı
İmzası
Prof. Dr. Cengiz ÇETİN
Başhekim
İmzası

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Necmi ATA
Tıp Fakültesi Dekanı
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İstek No :
İstek Tarihi :

1 KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sayfa No : 1
Yayın Tarihi : 25.01.2011

MALZEME KODU : 34.062A1 / GRAİDENT SEMEN AYIRMA KİTİ LOVER

1. Dansite gradient özelliğinde olmalıdır.
2. Alt faz(%90), üst faz(%47) ve sperm yıkama solüsyonu olmak üzere 3 solüsyon içermelidir.
3. Kitin bileşenleri semendeki motil spermi etkili şekilde ayırmalıdır.
4. Hazırlama sonucunda semen içinde bulunan immotil veya anormal spermier, akyuvarlar ve diğer tüm hücresel artıklar ayrılabilmelidir.
5. Non-toksik olmalıdır.
6. pH sı 7.4 - 7.6 olmalıdır.
7. Sperm yıkama solüsyonu; içinde HSA, EBSS/HTF bulunan modifiye edilmiş Hapes tamponu ile tamponlanmış olmalıdır.
8. 6 ml lik flakonlar içinde olmalıdır.
9. +2 - +8 °C de muhafaza edilmeli, +2 - +8 °C de taşınması sağlanmalıdır.
10. Teslim takvimi hazırlanacaktır.
11. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen malzeme aynı olmalıdır.
12. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
13. Teklif edilen ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
14. Yeteri kadar numune teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
15. Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, sterilizasyon tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYAN

Prof. Dr. Hikmet HASSA
Üreme Sağlığı Merkezi Başkanı
İmzası
Prof. Dr. Cengiz ÇETİN
Başhekim
İmzası

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Necmi ATA
Tıp Fakültesi Dekanı
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi
ESKİŞEHİR

İstek No : * İstek Tarihi : 17.01.2011	1 KALEM MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ	Sayfa No : 1 Yayın Tarihi : 25.01.2011
---	--	---

MALZEME KODU : 34.068 / MİLİPORE 0,22 MİKRON FİLTRE

- 1.Ultra Filtre Su cihazımızla ve çeşitli enjektörlerle kullanılmaya uygun 0.22 mikronluk vidalı filtreler. Örnek getirilmelidir.
- 2.Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
- 3.Teklif edilen ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
- 4.Yeteri kadar numune teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
- 5.Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, sterilizasyon tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYAN Prof. Dr. Hikmet HASSA Üreme Sağlığı Merkezi Başkanı İmzası Prof.Dr.Cengiz ÇETİN Başhekim İmzası	ONAYLAYAN Prof. Dr. Necmi ATA Tıp Fakültesi Dekanı İmzası
--	---

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İstek No :
İstek Tarihi :

1 KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sayfa No : 1
Yayın Tarihi : 25.01.2011

MALZEME KODU : 36.1060 / 9253.0500 PAPANICOLAOU'S SOLUTION 1A HARRIS HEMOTOXYLIN SOLUTION

1. 500 ml'lik orijinal ambalajında olmalıdır
2. Papanicolau boya setine uygun olmalıdır.
3. Solüsyon halinde olmalıdır.
4. Teklif edilen ürün laboratuvarımız koşullarında denenmiş ve optimum sonuçlar alınmış olmalıdır.
5. Verilen malzemenin içeriklerinin teklif mektuplarında bildirilmesi gerekmektedir.
6. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
7. Teklif edilen ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
8. Yeteri kadar data sheet ve numune teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune ve data sheet teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
9. Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, sterilizasyon tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYAN

Prof. Dr. Hikmet HASSA
Üreme Sağlığı Merkezi Başkanı
İmzası
Prof. Dr. Cengiz ÇETİN
Başhekim
İmzası

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Necmi ATA
Tıp Fakültesi Dekanı
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İstek No :
İstek Tarihi :

1 KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sayfa No : 1
Yayın Tarihi : 25.01.2011

MALZEME KODU : 36.1061 / 6888.0500 PAPANICOLAOU'S SOLUTION 2A ORANGE G SOLUTION

- 1.500 ml'lik orijinal ambalajında olmalıdır
- 2.Papanicolau boya setine uygun olmalıdır.
- 3.Solüsyon halinde olmalıdır.
- 4 Teklif edilen ürün laboratuvarımız koşullarında denenmiş ve optimum sonuçlar alınmış olmalıdır.
- 5.Verilen malzemenin içeriklerinin teklif mektuplarında bildirilmesi gerekmektedir.
- 6.Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
- 7.Teklif edilen ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
- 8.Yeteri kadar data sheet ve numune teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune ve data sheet teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
- 9.Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, sterilizasyon tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYAN

Prof. Dr. Hikmet HASSA
Üreme Sağlığı Merkezi Başkanı
İmzası
Prof.Dr.Cengiz ÇETİN
Başhekim
İmzası

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Necmi ATA
Tıp Fakültesi Dekanı
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İstek No :
İstek Tarihi :

1 KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sayfa No : 1
Yayın Tarihi : 25.01.2011

MALZEME KODU : 36.1062 / 9272.0500 PAPANİCOLAOU'S SOLUTION 3B POLYCHROMATIC SOLUTION EA 50

1.500 ml'lik orijinal ambalajında olmalıdır

2.Papanicolau boya setine uygun olmalıdır.

3.Solüsyon halinde olmalıdır.

4.Teklif edilen ürün laboratuvarımız koşullarında denenmiş ve optimum sonuçlar alınmış olmalıdır.

5. Verilen malzemenin içeriklerinin teklif mektuplarında bildirilmesi gerekmektedir.

6.Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

7.Teklif edilen ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

8.Yeteri kadar data sheet ve numune teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune ve data sheet teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.

9.Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, sterilizasyon tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYAN

Prof. Dr. Hikmet HASSA
Üreme Sağlığı Merkezi Başkanı
İmzası
Prof.Dr.Cengiz ÇETİN
Başhekim
İmzası

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Necmi ATA
Tıp Fakültesi Dekanı
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi
ESKİŞEHİR

İstek No : * İstek Tarihi : 17.01.2011	1 KALEM MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ	Sayfa No : 1 Yayın Tarihi : 25.01.2011
---	--	---

MALZEME KODU : 37.1123 / DİSPOSABLE HİSTERESKOPI TÜP SETİ

- 1-Teklif edilen irrigasyon ve emme pompası ile birlikte histeroskopi uygulamalarında kullanılabilir.
- 2-İki adet ponksiyon iğnesi tüp seti uçları için ponksiyon iğnesi birlikte verilmelidir.
- 3-Seruma istendiği takdirde iki farklı şekilde bağlanabilir. İki farklı iğne seçeneği olmalıdır.
- 4-Tek kullanımlık ve steril paketlerde olmalıdır.
- 5-Takıldığı cihazın otomatik ilgili moda geçmesine olanak sağlamalıdır.
- 6-Serum, şeffaf valf ve şeffaf valf hasta bağlantıları farklı renkte olmalıdır.
- 7-Setin üzerinde hangi model cihazlara uyumlu olduğu yazılı olmalıdır,
- 8-Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
- 9-Teklif edilen ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
- 10-Yeteri kadar numune teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler denenecektir.
- 11-Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, sterilizasyon tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYAN Prof. Dr. Hikmet HASSA Üreme Sağlığı Merkezi Başkanı İmzası Prof.Dr.Cengiz ÇETİN Başhekim İmzası	ONAYLAYAN Prof. Dr. Necmi ATA Tıp Fakültesi Dekanı İmzası
--	---

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletmesi
Tıp Fakültesi Birimi

TEKLİF NO: SAT.2017

Tarih: 25.07.2011

Konu :TEKLİF VERMEYE DAVET
 SON TEKLİF VERME TARİHİ: 28.07.2011 / saat: 13.30

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan aşağıda yazılı (8) kalem malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Komisyon Başkanlığına göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

(yukarıda belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler değerlendirilmeyecektir)

Mayri ÇAMPINAR
 Satınalma Şefi

NOT:TESLİM EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN UBB KODLARI SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMAMIŞ İSE DÜZENLENEN FATURA İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

Malzemeler Ek Listededir.

- 1- YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.
- 2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR.
- 3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 75 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.
- 4- VERİLECEK TEKLİFLER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI ADINA DÜZENLENECEKTİR.
- 5- İNTERNET ADRESİMİZ: www.ogu.edu.tr ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.
- 6- TEKLİFLER KİSMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
- 7- ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR. ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.
- 8- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. TEKLİF AŞAMASINDA NUMUNESİNİ TESLİM EDEMİYEN FİRMALAR İDARENİN ONAYINA MÜTAKİBEN 72 SAAT İÇERİSİNDE NUMUNELERİNİ TESLİM EDECEKTİR. BU SÜRE HARİCİNDE TESLİM EDİLEN DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 9- TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN SUT DE (EK-5/A,5-A1,5/E,5F,5/C)KODU VARSA İSE TEKLİF MEKTUBUNDA YAZILMASI GEREKMEKTEDİR. AKSİ HALDE TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 10- KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ, BAYİ, ALT BAYİ) FİRMAYA AIT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECİKTİR.

ADRES :E.O.G.Ü.Döner Sermaye İşletmesi
 Satınalma Servisi
 Meşelik Kampüsü 26480 ESKİŞEHİR

Tel : 0-222-239 29 79 (Dahili=1062)
 Sipariş ve Fatura İşlemleri (Dahili=1048)
 Fax : 0-222-239 24 46

Teklif No : 2017

Sıra	Kodu	Malzemenin / Hizmetin Cinsi	Miktar	Brm.	Fiyatı	Tutarı
1	47.117	MÜREKKEP (GR-2710-1700 RİSO BASKI MAKİNESİ İÇİN)	50,00	ADET		
2	47.171	MÜREKKEP (RİSO RP 3700 P BASKI MAKİNASI İÇİN)	80,00	ADET		
3	51.224	GESTETNER 5308 B CP17 MÜREKKEP	100,00	ADET		
4	51.164	RİSO RZ 230 MÜREKKEP	160,00	ADET		
5	47.060A	MASTER (RİSO GR-1700-GR 2710 İÇİN)	5,00	ADET		
6	47.234	RİSO RZ 230 MASTER	10,00	ADET		
7	47.263	MASTER GESTETNER 5308 B CP 17	5,00	ADET		
8	47.172	MASTER (RİSO RP 3700 P BASKI MAKİNASI İÇİN)	5,00	ADET		

İstek No :
İstek Tarihi :

1 KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sayfa No : 1
Yayın Tarihi : 20.07.2011

MALZEME KODU :47.117 / MÜREKKEP (GR-2710-1700 RİSO BASKI MAKİNESİ İÇİN)

1. GR 1700 ve 2710 Riso baskı makinasında kullanılabilir olmalıdır.
2. Ürün orjinal olmalıdır.
3. 1000 ml olmalı, 15000 adet A4 çekim garantili olmalıdır.
4. Siyah renkli olmalıdır.
5. Teslimattan sonra oda sıcaklığında 3 yıl bozulmama garantili olmalıdır.
6. Makinada çekim yaptıktan sonra 3 saniyede kurumalıdır.
7. Numune, katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. Numuneler denenecek uygun ve kaliteli basım yapan numuneler seçilecektir.

HAZIRLAYAN

Uzm. Yıldız BEKTAŞ
İç Düzen ve Çevre Hizm. Müd. Yrd. V.
imzası
Mesut SARIBARDAK
Başmüdü
imzası

HAZIRLAYAN
Doç. Dr. M. Canan STVRKOZ
Başhekim a.
Başhekim Yardımcısı

İstek No :
İstek Tarihi :

1 KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sayfa No : 1
Yayın Tarihi : 20.07.2011

MALZEME KODU : 47.171 / MÜREKKEP (RİSO RP 3700 P BASKI MAKİNASI İÇİN)

1. Riso RP 3700 P baskı makinasında kullanılabilir olmalıdır.
2. Ürün orjinal olmalıdır.
3. 1000 ml olmalı, 15000 adet A3 çekim garantili olmalıdır.
4. Siyah renkli olmalıdır.
5. Teslimattan sonra oda sıcaklığında 3 yıl bozulmama garantili olmalıdır.
6. Makinada çekim yaptıktan sonra 3 saniyede kurumalıdır.
7. Numune, katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. Numuneler denenecek uygun ve kaliteli basım yapan numuneler seçilecektir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
<p>Uzm. Yrd. BEKTAŞ İç Düzen ve Çevre Hizm. Müd. Yrd. V. imzası Mesut SARIBARDAK Başmüdür imzası</p>	<p>Doç. Dr. M. Cahit SERTKÖY Başhekim Başhekim Yardımcısı</p>

İstek No :
İstek Tarihi :

1 KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sayfa No : 1
Yayın Tarihi : 20.07.2011

MALZEME KODU : 51.224 / GESTETNER 5308 B CP17 MÜREKKEP

1. Gestetner 5308 B CP17 Baskı makinesine uyumlu olmalıdır.
2. Ürün orjinal olmalıdır.
3. 600 ml /17.80Z siyah mürekkep olmalıdır.
4. Numune, katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Numuneler denenecek uygun ve kaliteli basım yapan numuneler seçilecektir.

HAZIRLAYAN

Uzm. Yıldız BEKTAŞ
İç Düzen ve Çevre Hizm. Müd. Yrd. V.
imzası
Mesut SARIBARDAK
Başmüdür
imzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. M. Cüthar SIVRİKOZ
Başhekim e.
Başhekim Yardımcısı

İstek No :
İstek Tarihi :

1 KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sayfa No : 1
Yayın Tarihi : 20.07.2011

MALZEME KODU : 51.164 / RISO RZ 230 MÜREKKEP

1. RISO RZ Type 230 baskı makinesinde kullanılabilir olmalıdır.
2. Ürün orjinal olmalıdır.
3. 1000 ml olmalı, 25000 adet A4 çekim garantisi olmalıdır.
4. Siyah renkli olmalıdır.
5. Çipli olmalıdır.
6. Teslimattan sonra oda sıcaklığında 3 yıl bozulmama garantili olmalıdır.
7. Numune, katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. Numuneler denenecek uygun ve kaliteli basım yapan numuneler seçilecektir.

HAZIRLAYAN

Uzm. Yıldız BERTAS
İç Düzen ve Çevre Hizm. Müd. Yrd. V.
imzası
Mesut SARIBARDAK
Başmüdür
imzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Mustafa ÖZKAR
Baskı
Başmüdür Yardımcısı

İstek No :
İstek Tarihi :

1 KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sayfa No : 1
Yayın Tarihi : 20.07.2011

MALZEME KODU : 47.060A / MASTER (RISO GR-1700-GR 2710 İÇİN)

1. GR 1700 ve 2710 Riso baskı makinasında kullanılabilir olmalıdır.
2. Ürün orjinal olmalıdır.
3. 190-200 Adet A4 master çekim garantili olmalıdır.
4. 400 gr olmalı, 400 DPI tarama hassasiyeti olmalıdır.
5. Eni 27 cm olmalı, uzunluğu 100 mt olmalıdır.
6. Beyaz renkli olmalıdır.
7. Teslimattan sonra oda sıcaklığında 3 yıl bozulmama garantili olmalıdır.
8. Numune, katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Numuneler denenecek uygun ve kaliteli basım yapan numuneler seçilecektir.

HAZIRLAYAN

Uzm. Yrd. BEKTAS
Ç. Düzen ve Çevre Hizm. Müd. Yrd. V.
İmzası
Mesut SARIBAKDAK
Başmüdür
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. M. Cahit SIVRİKOZ
Başhekim
Başhekim Yardımcısı

İstek No :
İstek Tarihi :

1 KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sayfa No :1
Yayın Tarihi :20.07.2011

MALZEME KODU :47.234 / RISO RZ 230 MASTER

1. RİSO RZ Type baskı makinasında kullanılabilir olmalıdır.
2. Ürün orjinal olmalıdır.
3. 240-250 Adet B4 master çekim garantili olmalıdır.
4. Beyaz renkli olmalıdır.
5. Çipli olmalıdır.
6. Teslimattan sonra oda sıcaklığında 3 yıl bozulmama garantili olmalıdır.
7. Numune, katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. Numuneler denenecek uygun ve kaliteli basım yapan numuneler seçilecektir.

HAZIRLAYAN

Uzm.Yıldız BEKTAŞ
İç Düzen ve Çevre Hizm. Müd.Yrd.V.
imzası
Mesut SARIBARDAK
Başmüdür
imzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. M. Cahit...
Başhekim
Başhekim Yargı...

İstek No :
İstek Tarihi :

I KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sayfa No : 1
Yayın Tarihi : 20.07.2011

MALZEME KODU :47.263 / MASTER GESTETNER 5308 B CP 17

1. Gestetner 5308 B CP 17 baskı makinasında kullanılabilir olmalıdır.
2. Ürün orjinal olmalıdır.
3. 250 adet A4 master çekim garantili olmalıdır.
4. Beyaz renkli olmalıdır.
5. Teslimattan sonra oda sıcaklığında 3 yıl bozulmama garantili olmalıdır.
6. Numune, katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. Numuneler denenecek uygun ve kaliteli basım yapan numuneler seçilecektir.

HAZIRLAYAN

Km. Yılmaz BEKTAŞ
İç Dış ve Çevre Hizm. Müd. Yrd.V.
İmzası
Mesut SARIBARDAK
Başmüdür
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. M. Cahit SIVRIKOZ
Başhekim
Başhekim Yardımcısı

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İstek No :
İstek Tarihi :

I KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sayfa No : 1
Yayın Tarihi : 20.07.2011

MALZEME KODU :47.172 / MASTER (RİSO RP 3700 P BASKI MAKİNASI İÇİN)

1. Riso RP 3700 P baskı makinasında kullanılabilir olmalıdır.
2. Ürün orjinal olmalıdır.
3. 190-200 Adet A3 master çekim garantili olmalıdır.
4. 500 gr olmalı, 400 DPI tarama hassasiyeti olmalıdır.
5. Eni 320 mm olmalı, uzunluğu 103 mt olmalıdır.
6. Beyaz renkli olmalıdır.
7. Teslimattan sonra oda sıcaklığında 3 yıl bozulmama garantili olmalıdır.
8. Numune, katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Numuneler denenecek uygun ve kaliteli basım yapan numuneler seçilecektir.

HAZIRLAYAN

Uzm. Yıldız BİKTAS
İç Düzen ve Çevre Hizm. Müd.Yrd.V.
imzası
Mesut SARIBARDAK
Başmüdür
imzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. M. Cengiz ÇETİNKÖZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Başhekimliği